



**RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO n°. 0011/2017  
Pregão Presencial n°. 0010/2017**

O Município de Ouro, Estado de Santa Catarina, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n. 006/2017, nos autos do PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 0011/2017 na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N. 0010/2017, informa a todos os interessados a retificação do texto do anexo da referida licitação.

**1. Onde se lê no ANEXO I, Item 07, página 13:**

Item	Un	Descrição do item	Qtidade	Valor Unitário	Valor Total
7	U N	Autoclave horizontal de solo (pequeno porte), com porta deslizante. Capacidade acima de 90 litros. Painel de comando microprocessado. Chapada interna em aço inoxidável. Câmara interna em inox AISI 304 ou superior. Alimentação de vapor: gerador próprio.	01	90.000,00	90.000,00

**Passa a ser lido:**

**ANEXO I  
RELAÇÃO DE PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS POR ITEM**

Item	Un	Descrição do item	Qtidade	Valor Unitário	Valor Total
07	U N	Esterilizador automático horizontal a vapor saturado e elétrico, vácuo pulsante ( Bomba de vácuo de no Mínimo 1,5 Cv) utilizado para esterilização e secagem de instrumentais , materiais porosos empacotados ou não, tecidos, luvas , líquidos, vidraria, mamadeira , borrachas, com capacidade da câmara interna para no mínimo 96 litros. Automático, elétrico, 380 V trifásico, trabalhando com ciclo de pré-vácuo pulsante para remoção do ar , com 02 câmaras , 1 externa e 1 interna com espessura de no mínimo de 4,8 mm Aço AISI 316 L ou AISI 316T i , polido sanitário, com tubulações externa em cobre e latão ou Aço inoxidável, com Gerador de Vapor próprio construído em Aço Inoxidável AISI 304 ou 316 com aquecimento por 3 resistências de 03 elementos em Aço 316 sem costura, com capacidade de máxima 15 KW. Câmara Interna com no mínimo um dreno para escoamento, devendo possuir entrada independente para luva de validação de 1". Entrada de ar limpo para quebra de vácuo. Tendo o equipamento a ser montado em estrutura com pés reguláveis para nivelamento e revestido em chapas laterais removíveis com sistema de encaixes. Deverá possuir 01 porta. Com Sistema de Porta com Fechamento sobre uma guarnição 100% em silicone. Sistema de Abertura de portas manual através de volante com braços concêntricos ou elevação vertical automatizada. Equipamento deverá possuir isolamento das câmaras por intermédio de cobertura alumínio corrugado para evitar dispersão e perfeita isolamento. Tempos Programáveis, Temperatura de trabalho de 100° a 134o.C, ciclo FLASH de esterilização, ciclo Bowie-Dick . Painel de Controle Micro processado através de CLP com software para 8	01	90.000,00	90.000,00



	<p>programas, pré-programados e ciclos flexíveis para programação do usuário, com Manômetros Analógicos de leitura de Pressão de Vácuo e Pressão da Câmara Interna , com no mínimo 4 Pulsos de Vácuo e 3 de Pressão , utilização da rede de vapor do hospital acionamento pelo CLP. Comando por intermédio de Válvulas solenóides elétricas, devendo possuir sistema de segurança contra abertura quando houver pressão superior a 0,1 Kgf/cm2 , Válvula de segurança mecânica, válvula de segurança elétrica com acionamento automático, sistema de desligamento automático em caso de pressão excessiva , sistema de purga eletrônica auto-limpante com tempo programável para eliminação do condensado. Equipamento deverá possuir Sistema de Osmose reversa e impressora. O equipamento deve atender as Normas Técnicas de Fabricação , ABNT, ASME, assim como apresentar Certificado de Qualidade comprovada (I S O, INMETRO, C.E), Acessórios: mais uma osmose reversa completa e uma impressora para backup.</p> <p><b>Da Garantia</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 01 ano – Contra defeitos de Fabricação.</li><li>- Cinco anos de garantia na Câmara interna e externa.</li><li>- Manutenção preventiva mensal no período de um ano da Garantia, sem custos para a unidade.</li><li>- Apresentar a ART de Instalação e manutenção na garantia para a empresa vencedora (no momento da assinatura do contrato).</li><li>- Assistência técnica autorizada pelo fabricante no estado de SC com registro no CREA.</li></ul>			
--	---	--	--	--

2. Inclusão da letra “e”, no item 5.1 :” **A empresa interessada no item nº 07 deverá apresentar registro no CREA/SC, e a comprovação de autorizada para prestação de serviços de assistência técnica pelo fabricante.”**

3. O teor dos demais itens do edital e anexos permanecem como foram disponibilizados anteriormente.

4. A presente retificação do edital esta disponível através do email [licitações@ouro.sc.gov.br](mailto:licitações@ouro.sc.gov.br), e no site [WWW.ouro.sc.gov.br](http://WWW.ouro.sc.gov.br).

5. **Os envelopes de n. 01 contendo as propostas de preços e de n. 02, contendo a documentação de habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Ouro, situado na Rua Governador Jorge Lacerda, 1209, Centro, Ouro/SC, CEP 89663-000, até as 10 horas do dia 07/03/2017, iniciando-se a Sessão Pública no mesmo dia, horário e local.**

Ouro/SC, 16/02/2017.

**Neri Luiz Miqueloto**  
**Prefeito Municipal**

**Maria Inês Nora**  
**Secretária Municipal de Saúde**